

山手地区設置ニコン A1R の目視用蛍光フィルターの情報

名称	励起フィルター (nm)	ダイクロイックミラー (nm)	吸収フィルター (nm)
DAPI	340-380	400	435-485
FITC-LP	465-495	505	510
TxRed	540-580	595	600-660
CFP	436/20	455	480/40
DAPI	340-380	400	435-485